

Số: 056 /BV- TCGQD097

V/v yêu cầu báo giá Vật tư,
hóa chất lọc thận năm 2026
của BVĐK Buôn Hồ

Buôn Hồ, ngày 23 tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Vật tư, hóa chất lọc thận năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, địa chỉ: 32 Nơ Trang Long, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Lê Thị Kim Chi

Chức vụ: Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán

- Số điện thoại: 0979643323

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, địa chỉ: 32 Nơ Trang Long, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và gửi file mềm qua email: tothaubvvh@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 06 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 1.

2. Mẫu báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 2.

3. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, địa chỉ: 32 Nơ Trang Long, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Việc thanh toán được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng. Sau mỗi lần hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao hàng hóa, bên mua sẽ thực hiện thanh toán theo khối lượng đã hoàn thành.

Nơi nhận:

- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Website BV (đăng tin);
- Lưu: VT, TCGQD097.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Thanh



Phụ lục 1: DANH MỤC HÀNG HÓA

Kèm theo Công văn số 056/BV-TCGQD097 ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

Stt	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bộ dây lọc máu thận nhân tạo	Bộ dây lọc máu gồm các phần: - Dây lọc máu: Dây động mạch và dây tĩnh mạch, đi kèm bộ dây có phin lọc khí Transducer Protector. - Dây truyền dịch: Chiều dài $\geq 150\text{cm}$, đường dây truyền nối liền bầu có gắn khóa điều chỉnh giọt. - Túi đựng nước tiểu: Thể tích $\geq 2.000\text{ml}$. Bộ dây tương thích với nhiều loại máy chạy thận, chất liệu nhựa y tế an toàn, không rò rỉ, mềm dẻo, không gập gãy trong quá trình vận hành. Đường kính trong $\geq 4\text{mm}$ Thể tích mỗi 130-170ml Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tia Gamma/Beta Cổng tiêm/lấy mẫu: Có các cổng (cao su hoặc nắp vặn) trên dây động mạch và tĩnh mạch để lấy mẫu máu và tiêm thuốc; vị trí thiết kế hạn chế bọt khí.	Bộ	16.300
2	Kim lọc thận nhân tạo	Kim chất liệu thép không gỉ, công nghệ vát 3 mặt sắc nhọn, được phủ silicon giúp đâm xuyên dễ dàng, có lỗ vát lưng; cánh kim có thể xoay; cỡ kim 17G có màu sắc phân biệt; Chiều dài kim $25 \pm 2\text{mm}$. Dây: Nhựa PVC, không chứa latex và DEHP, dây dẫn dài $\geq 25\text{cm}$ có khóa bảo vệ, có đầu nối phù hợp với dây lọc máu.	Cái	32.600
3	Quả lọc thận nhân tạo	Màng lọc low flux hoặc cao hơn. Chất liệu màng lọc: Màng tổng hợp gốc Polysulfone hoặc tương đương (bao gồm: Polysulfone, Polyethersulfone, Helixone, Polyamix, Micro-undulated Polysulfone...). Không chứa BPA (Bisphenol A) trong sợi màng, đảm bảo tương thích sinh học cao. Diện tích màng lọc $\geq 1,6\text{ m}^2$	Cái	2.800

Stt	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		Hệ số siêu lọc $\geq 14\text{ml/h/mmHg}$. Thể tích mỗi phù hợp với thông số thiết kế diện tích màng lọc của nhà sản xuất. Tiệt khuẩn bằng hơi nước hoặc tia gamma. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE. Tính tương thích: Phù hợp và tương thích với các loại máy chạy thận nhân tạo phổ biến hiện nay.		
4	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng quả lọc thận nhân tạo	Thành phần: - Peracetic acid 4%-5% - Hydrogen peroxide 19%-26% - Acetic acid 9%-15% - Nước 54%-68%.	Lít	300
5	Dung dịch khử trùng máy lọc thận	Dung dịch chứa acid citric có nồng độ 50% dùng để khử khuẩn, loại bỏ cặn canxi,...cho máy lọc thận.	Lít	1.000
6	Dung dịch lọc thận acetat	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc. Trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 161,4g - Kali clorid: 5,491g - Calci clorid: 9,745g - Magnesi clorid: 3,744g - Acid acetic băng: 8,847g Nước đạt tiêu chuẩn vừa đủ: 1.000 ml. Cùng hãng sản xuất và đồng bộ với dung dịch lọc thận Bicarbonat	Lít	81.500
7	Dung dịch lọc thận bicarbonat	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc. Trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 30,58g - Natri bicarbonat: 65,94g - Dinatri Edetat: 0,1g Nước đạt tiêu chuẩn vừa đủ: 1.000 ml.	Lít	114.100

Stt	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		Cùng hãng sản xuất và đồng bộ với dung dịch lọc thận Acetat		
8	Que thử tồn dư Peroxide	Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn axit Peracetic/ Peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước. Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm Thời gian nhúng: 2 giây Thời gian đọc kết quả: 15 giây Đạt chuẩn: ISO 13485, FDA	Test	16.300
9	Que thử nồng độ axit peracetic	Dùng để thử hiệu lực, hiệu năng hoặc nồng độ của axit Peracetic trong chất khử khuẩn cơ bản có chứa axit Peracetic/hydrogen peroxide được dùng để khử khuẩn quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước. Thời gian nhúng: 1 giây Thời gian đọc kết quả: 10 giây Đạt chuẩn: ISO 13485, FDA	Test	16.300



Phụ lục 2: MẪU BÁO GIÁ

Kèm theo Công văn số 056 /BV- TCGQD097 ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

Tên đơn vị

Địa chỉ:

Mã số thuế:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, chúng tôi ... (ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất/nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất/nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá hàng hóa như sau:

1. Báo giá hàng hóa

Stt	Tên hàng hóa theo YCBG	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Số lượng	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật theo YCBG	Mức độ đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có)	Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu	Xuất xứ nước/ vùng lãnh thổ	Số GPLH/ GPNK (nếu có) hoặc tương đương
1										
2										
...										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Chức danh, chữ ký, đóng dấu)

** Chữ ký trên báo giá là chữ ký trực tiếp (không sử dụng chữ ký đóng dấu), trường hợp báo giá có nhiều trang thì đóng dấu giáp lai các trang.*